

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Terms of Reference : TOR)

ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฟฟ้าสำหรับบูรณาการความรู้
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน)

1. ความเป็นมา

ที่นี่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้จัดทำขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สุกการเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังนั้นการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนั้น จึงได้กำหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนในหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้กำหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาการเตรียมโครงงาน วิศวกรรมไฟฟ้า และรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้การที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บรรจุ ๒ รายวิชานี้ในหลักสูตร เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กล่าวคือ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวคือ “บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์” รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นั้นคือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม” ซึ่งในรายวิชาดังกล่าว�ักศึกษาจะต้องบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงชั้นปีที่ ๔ เพื่อสร้างผลงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่า นักศึกษานั้นมีความรู้ทางด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ วิศวกรรมนั่นเอง กล่าวคือ ผลงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งแสดงถึงความพร้อม ความเชี่ยวชาญด้านงานปฏิบัติ ที่เป็นผลงานจากการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่นักศึกษามีความสนใจ แต่ในปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ายังไม่มีครุภัณฑ์สำหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฟฟ้าสำหรับบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเจตจำนงหลักของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทาง

Boon

MP

On

ไฟฟ้าฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล นั่นคือ นักศึกษาสามารถเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน ด้วยการแบ่งจำนวนกลุ่มปฏิบัติต่อชุดเครื่องมือ เช่น จากเดิมนักศึกษา 4 - 5 คน ต่อ 1 ชุดเครื่องมือ เป็นนักศึกษา 2 - 3 คน ต่อ 1 ชุดเครื่องมือ อันจะส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาพัฒนาสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจัดหารุกภัณฑ์ใหม่สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ ในภาคหน้า
- 2.2 เพื่อการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรุนทรเทพสุกrajaratnathe World University Ranking)
- 2.3 นักศึกษามีผลงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพยแพร่ในการประชุมวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
- 2.4 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตั้งต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระบอบของทางราชการ
- 3.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศalaไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ลดสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้
- 3.8 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.9 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรณีการจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
- 3.10 ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME) พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ (Thai SAME-GP) (ถ้ามี)

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 4.1 ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบกับรายละเอียด ข้อกำหนดการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 ในกรณีมีการอ้างอิงถึงข้อความอื่นในเอกสารที่เสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจนพร้อมทั้งให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้หรือระบายน้ำ พิรบม เขียนข้อกำหนดกำกับไว้ให้ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบ

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฟฟ้า สำหรับบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด (มหาวิทยาลัย)	ข้อกำหนดที่นำเสนอ (บริษัท)	คุณสมบัติ	หน้าที่
1			ตามข้อกำหนด	
2			ตามข้อกำหนด	
3			ตามข้อกำหนด	

4.2 ผู้เสนอราคาต้องแค็ตตาล็อก/และ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการที่เสนอ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะถือเป็นเอกสารของทางราชการ เอกสารที่ยื่นเสนอมาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบโดยตรงตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4.3 ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคากล่าวไปในกำหนด ยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.4 พัสดุทุกรายการของครุภัณฑ์ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

(ตามเกณฑ์สำนักงบประมาณ หน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีใบเสนอราคาหรือผลการสอบราคาแบบแต่ละรายการ กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อต้องระบุ จำนวนและราคานี้ท่าน่วยของรายการย่อตัวอย่างด้วย)

เป็นครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฟฟ้าสำหรับบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

5.1 ดิจิตอลอสซิลโลสโคป 50 MHz จำนวน 10 เครื่อง

5.1.1 รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1.1 เป็นดิจิตอลสตอเรจจิสซิลโลสโคป ที่มีแบนด์วิธ 50 MHz หรือตีกกว่า
- 5.1.1.2 สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าได้พร้อมกัน 2 ช่องสัญญาณ
- 5.1.1.3 มีอัตราการสุ่มสัญญาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 GSa/s หรือตีกกว่า
- 5.1.1.4 จอภาพชนิด WVGA ขนาด 7 นิ้วหรือตีกกว่า
- 5.1.1.5 มีอัตราประมวลผลรูปคลื่นไม่น้อยกว่า 99,000 waveform/sec
- 5.1.1.6 มีหน่วยความจำ 200 kpts หรือมากกว่า
- 5.1.1.7 มีช่องจ่ายสัญญาณเสริมเพื่อใช้สำหรับอบรมและฝึกการใช้งานเครื่อง (Training Signal)

5.1.1.8 ฟังก์ชันรูปสัญญาณ Math แบบ Add, Subtract, Multiply, Divide, FFT, Filter หรือมากกว่า

5.1.1.9 มี Acquisition Modes แบบ Normal, Averaging, Peak, High Resolution
หรือมากกว่า

5.1.1.10 มีเมนูการใช้งานภาษาไทยบนตัวเครื่อง

บอร์ด

หน้าจอ

ตัวเครื่อง

5.1.1.11 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อ
รองรับบริการหลังการขาย

5.1.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.1.2.1 สายไฟ AC Power Cord จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

5.1.2.2 สายวัดสัญญาณ จำนวน 2 ชุดต่อเครื่อง

5.2 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป แบบ 4 ช่องสัญญาณ จำนวน 4 เครื่อง

5.2.1 รายละเอียดทั่วไป

5.2.1.1 เป็นดิจิตอลสหอเรจออสซิลโลสโคป ที่มีแบบรีวิวที่ 100 MHz หรือดีกว่า

5.2.1.2 สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าได้พร้อมกัน 4 ช่องสัญญาณ

5.2.1.3 มีอัตราการสุ่มสัญญาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 GSa/s หรือดีกว่า

5.2.1.4 จอภาพชนิด WVGA ขนาด 7 นิ้ว หรือดีกว่า

5.2.1.5 มีอัตราประมวลผลรูปคลื่นไม่น้อยกว่า 40,000 waveform/sec

5.2.1.6 มีหน่วยความจำ 1 Mpts หรือมากกว่า

5.2.1.7 มี Biult in 20 MHz function generator และ Bode Plot

5.2.1.8 มีช่องจ่ายสัญญาณเสริมเพื่อใช้สำหรับอบรมและฝึกการใช้งานเครื่อง (Training Signal)

5.2.1.9 พัฒนาชั้นรูปสัญญาณ Math แบบ Add, Subtract, Multiply, Divide, FFT, Filter หรือมากกว่า

5.2.1.10 มี Acquisition Modes แบบ Normal, Averaging, Peak, High Resolution หรือมากกว่า

5.2.1.11 เมนูการใช้งานภาษาไทยบนตัวเครื่อง

5.2.1.12 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อ
รองรับบริการหลังการขาย

5.2.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.2.2.1 สายไฟ AC Power Cord จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

5.2.2.2 สายวัดสัญญาณ จำนวน 4 ชุดต่อเครื่อง

5.3 โพรบวัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด

5.3.1 รายละเอียดทั่วไป

5.3.1.1 เป็นโพรบสำหรับวัดกระแสเสียงความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 100 kHz หรือดีกว่า

5.3.1.2 สามารถวัดได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

5.3.1.3 สามารถวัดกระแสต่อเนื่องได้ถึง 100 A

5.3.1.4 มีค่า Current range 100 mV/A : 100 mA ถึง 10 A peak

5.3.1.5 มีค่าความแม่นยำ 3% of reading \pm 50 mA หรือดีกว่า

5.3.1.6 มี Output Connection แบบ BNC Connector หรือดีกว่า

5.4 โพรบวัดแรงดัน จำนวน 4 ชุด

5.4.1 รายละเอียดทั่วไป

5.4.1.1 เป็นโพรบวัดแรงดันย่านความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 25 MHz หรือดีกว่า

5.4.1.2 สามารถวัดแรงดันต่อเนื่องได้ถึง 700 V หรือดีกว่า

- 5.4.1.3 มีค่า Attenuation Ratio 10:1 และ 100:1
- 5.4.1.4 มีค่า AC CMRR -80 dB at 50/60 Hz
- 5.4.1.5 มีค่า Output offset ± 7.5 mV (Typical) หรือดีกว่า
- 5.4.1.6 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อรองรับบริการหลังการขาย

5.5 เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบฟังก์ชัน

จำนวน 10 เครื่อง

5.5.1 รายละเอียดทั่วไป

5.5.1.1 เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบตั้งโต๊ะสามารถกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น Sine และ Square ที่มีความถี่ของสัญญาณได้ตั้งแต่ 1 mHz ถึง 20 MHz หรือกว้างกว่า

5.5.1.2 สามารถสร้างสัญญาณ Sine, Square, Ramp, Pulse, Triangle, Gaussian Noise, Pseudorandom Binary Sequence (PRBS), DC ได้ หรือมากกว่า

5.5.1.3 สามารถสร้างสัญญาณแบบ Arbitrary Waveform และ Cardiac, Exponential Fall, Exponential Rise, Gaussian Pulse, Haversine, Lorentz, D-Lorentz, Negative Ramp, Sinc ได้

5.5.1.4 สามารถ modulation ชั้นสัญญาณแบบ AM, FM และ PWM หรือมากกว่า

5.5.1.5 มีหน้าจอขนาด 7 นิ้ว แบบ WVGA Display สามารถจ่ายสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

5.5.1.6 มีค่า Phase Noise -105 dBc / Hz ที่ 10 kHz offset สำหรับคลื่น Sine หรือดีกว่า

5.5.1.7 มีค่า Gaussian Noise Crest factor 4.6 หรือดีกว่า

5.5.1.8 มีค่า Arbitrary Waveform Length 8 Sa to 8 MSa per Channel

5.5.1.9 มีค่า Sample Rate 1 μ Sa/s to 250 MSa/s, 1 μ Sa/s Resolution หรือดีกว่า

5.5.1.10 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อรองรับบริการหลังการขาย

5.5.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.5.2.1 สายไฟ AC Power Cord จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

5.5.2.2 มีสาย BNC to BNC ยาว 1 เมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

5.6 แหล่งจ่ายไฟตรง 195 วัตต์

จำนวน 10 เครื่อง

5.6.1 รายละเอียดทั่วไป

5.6.1.1 เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบ 3 ช่องสัญญาณ แบบ 30 V, 3 A 2 ช่อง และ 5 V , 3 A

1 ช่อง

5.6.1.2 สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ถึง 195 W

5.6.1.3 มีโหมดป้องกันโหลดเกินและป้องกันกระแสไฟโหลดย้อนกลับได้

5.6.1.4 มีค่า Line Regulation CV ที่ 0.01% + 3 mV หรือน้อยกว่า

5.6.1.5 มีค่า Ripple & Noise 1 mVrms , 5 Hz ~ 1 MHz หรือน้อยกว่า

5.6.1.6 มีค่า Load Regulation CC ที่ 0.02%+ 3 mA หรือน้อยกว่า

5.6.1.7 มีค่า Ripple & Noise 3 mArms หรือน้อยกว่า

5.6.1.8 มีค่า Tracking Error 0.5% + 10 mV หรือน้อยกว่า

[Signature]

[Signature]

5.6.1.9 มีค่า Ripple & Noise ที่ช่องสัญญาณที่ 3 เท่ากับ 2 mVrms, 5 Hz ~ 1 MHz หรือน้อยกว่า

5.6.1.10 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED และแสดงค่าการวัดได้ไม่น้อยกว่า 3 Digits

5.6.1.11 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อรองรับบริการหลังการขาย

5.6.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.6.2.1 มีสาย Power cord จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

5.7 เครื่องวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 ชุด

5.7.1 รายละเอียดทั่วไป

5.7.1.1 เป็นเครื่องวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังที่สามารถวัดได้ทั้งแบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย

5.7.1.2 สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 50 A หรือดีกว่า

5.7.1.3 มีย่านความถี่สูงสุดในการวัด DC to 200 kHz หรือดีกว่า

5.7.1.4 มีค่า Sampling rate 500 kHz/16 bit หรือดีกว่า

5.7.1.5 มีค่าความแม่นยำในการวัดแรงดันและกระแสที่ความถี่ 45 Hz – 66 Hz เท่ากับ $\pm 0.04\% \text{ rdg.} \pm 0.05\% \text{ f.s.}$ หรือดีกว่า

5.7.1.6 มีค่า Temperature Coefficient เท่ากับ $\pm 0.01\% \text{ f.s./}^{\circ}\text{C}$ หรือดีกว่า

5.7.1.7 มีค่า Magnetic Field Interference เท่ากับ $\pm 1\% \text{ f.s.}$ หรือน้อยกว่า

5.7.1.8 มีช่วงการวัดจุดสูงสุดของรูปคลื่น ไม่เกิน $\pm 300\%$ ของแต่ละช่วงแรงดันและกระแส

5.7.1.9 มีค่าความแม่นยำในการวัดจุดสูงสุดของรูปคลื่น ไม่เกิน $\pm 2\% \text{ f.s.}$ ของความแม่นยำในการแสดงผลแรงดันและกระแส

5.7.1.10 มีฟังก์ชันการควบคุมเวลา ในช่วงเวลาอย่างน้อยดังนี้ OFF/50 ms/100 ms/200 ms/500 ms/1 s/5 s/10 s/15 s/30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/30 min/60 min

5.7.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.7.2.1 มีสาย Power cord จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

5.7.2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว/ดำ สำหรับจัดพิมพ์ข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

5.8 เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

5.8.1 รายละเอียดทั่วไป

5.8.1.1 เป็นเครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบ 2 ช่องสัญญาณหรือดีกว่า

5.8.1.2 สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 65 A หรือดีกว่า

5.8.1.3 สามารถวัดได้ทั้งแบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 3 สาย

5.8.1.4 สามารถวัดค่า Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Reactive Power หรือค่าอื่น ๆ *บันทึก*

5.8.1.5 มีค่า A/D Converter Resolution 16 bit หรือดีกว่า

5.8.1.6 มีค่า Maximum Effective Peak Voltage $\pm 600\%$ ในแต่ละช่วงของแรงดัน

5.8.1.7 มีค่า Maximum Effective Peak Current $\pm 600\%$ ในแต่ละช่วงของกระแส

(WY) *(B.W)*

5.8.1.8 มีรูปแบบการแสดงผลค่าความถี่ 0.1000 Hz - 9.9999 Hz, 9.900 Hz - 99.999 Hz, 99.00 Hz - 999.99 Hz หรือดีกว่า

5.8.1.9 มีค่าความแม่นยำในการวัดแรงดันที่ความถี่ 45 Hz – 66 Hz เท่ากับ $\pm 0.1\%$ rdg. $\pm 0.05\%$ f.s. หรือต่ำกว่า

5.8.1.10 มีค่าความแม่นยำในการวัดกระแสที่ความถี่ 16Hz - 45Hz เท่ากับ $\pm 0.1\%$ rdg. $\pm 0.1\%$ f.s. หรือดีกว่า

5.8.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.8.2.1 มีสาย Power cord จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

5.8.2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว/ดำ สำหรับจัดพิมพ์ข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

5.9 เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพไฟฟ้า

จำนวน 2 เครื่อง

5.9.1 รายละเอียดทั่วไป

5.9.1.1 เป็นเครื่องวัดและบันทึกคุณภาพไฟฟ้า ที่สามารถวัดค่า RMS Voltage Refreshed Each Half-cycle, Reactive Energy ได้ หรือดีกว่า

5.9.1.2 มีค่า Maximum input voltage 1,000 V AC/DC, 2,200 Vpeak หรือดีกว่า

5.9.1.3 มีค่า Voltage Input Resistance เท่ากับ $5\text{ M}\Omega$

5.9.1.4 สามารถวัดได้ทั้งแบบ 1 เพศ 2 สาย และ 3 เพศ 4 สาย

5.9.1.5 นิค่า Temperature Coefficient 0.1% f.s./°C หรือต่ำกว่า

5.9.1.6 มีค่า Sampling Frequency 200 kHz หรือต่ำกว่า

5.9.1.7 มีค่า Effects of Common-mode Voltage 0.2% f.s. หรือน้อยกว่า

5.9.1.8 เมื่อ Measurement Bandwidth : 5 kHz (-3 dB) ถึง 40 kHz (-3 dB) หรือ

ดีกว่า

5.9.1.9 มีค่าความแม่นยำในการวัดความถี่ไฟฟ้า ± 0.020 Hz หรือดีกว่า

5.9.1.10 สามารถแสดงรูปคลื่น Voltage Waveform Peak ได้อย่างน้อย $\pm 2,200.0$ Vpk

5.9.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.9.2.1 มีสาย Power cord จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

5.9.2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว/ดำ สำหรับจัดพิมพ์ข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

5.10 គិតថតអនុម័តិមិញូរ 10000 counts

จำนวน 10 เครื่อง

5.10.1 รายละเอียดทั่วไป

5.10.1.1 เป็นมัลติมีเตอร์ขนาดความคลื่นเอียด 10,000 count หรือดีกว่า

5.10.1.2 สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้า โดยมีย่านการวัด DC Voltage 100 mV to 1,000 V

หน้า ๑๔

5.10.1.3 มีค่าความแม่นยำ DC Voltage 0.09%+2 count หรือดีกว่า

5.10.1.4 มีค่าความแม่นยำการวัด Capacitance 1%+5 count และ Measuring time/sec หรือตีกว่า *for*

5.10.1.5 จอแสดงผลแบบ LCD และมี Flashlight ในตัว

5.10.1.6 มีมาตรฐานความปลอดภัย CAT III 1,000 V และมีมาตรฐาน IEC, ANSI, และ

5.10.1.7 มีย่านการวัดค่ากระแสไฟสลับ (Iac) ได้ตั้งแต่ 1,000 μ A-10 A หรือกว้างกว่า ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.1 μ A โดยมีค่าความแม่นยำ $1\%+3$ of reading ในทุกย่านวัดหรือดีกว่า

5.10.1.8 วัดค่าค่าปานิชแทนท์ ได้จาก 1,000 nF-10 mF หรือกว้างกว่า ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.1 nF

5.10.1.9 มีย่านวัดค่าความถี่ ได้จาก 100 Hz -10 MHz ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.01 Hz

5.10.1.10 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อรองรับบริการหลังการขาย

5.11 มัลติมิเตอร์พกพา

จำนวน 10 เครื่อง

5.11.1 รายละเอียดทั่วไป

5.11.1.1 เป็นมัลติมิเตอร์ขนาดความละเอียด 6,000 count หรือดีกว่า

5.11.1.2 สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้า โดยมีย่านการวัด DC Voltage 600 mV to 600 V หรือดีกว่า

5.11.1.3 มีค่าความแม่นยำ DC Voltage $0.5\%+2$ count หรือดีกว่า

5.11.1.4 มีค่าความแม่นยำการวัด Capacitance $1.9\%+2$ count และ Measuring Refresh Rate 4 time/sec หรือดีกว่า

5.11.1.5 จอแสดงผลแบบ LCD และมี Flashlight ในตัว

5.11.1.6 มีมาตรฐานความปลอดภัย CAT III 600 V และมีมาตรฐาน IEC, ANSI, และ CSA รองรับ

5.11.1.7 มีย่านการวัดค่ากระแสไฟสลับ (Iac) ได้ตั้งแต่ 60 μ A-10 A หรือกว้างกว่า ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.01 μ A โดยมีค่าความแม่นยำ $1.5\%+3$ of reading ในทุกย่านวัดหรือดีกว่า

5.11.1.8 วัดค่าค่าปานิชแทนท์ ได้จาก 1,000nF-10mF หรือกว้างกว่า ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.1 nF

5.11.1.9 มีย่านวัดค่าความถี่ ได้จาก 99.99 Hz -99.99 kHz ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.01 Hz

5.11.1.10 มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยเพื่อรองรับบริการหลังการขาย

5.12 มิเตอร์ LCR แบบตั้งโต๊ะ

จำนวน 4 เครื่อง

5.12.1 รายละเอียดทั่วไป

5.12.1.1 เป็นเครื่องมือตรวจวัดค่าความต้านทาน, ความเหนี่ยวนำ และค่าตัวเก็บประจุ หรือดีกว่า

5.12.1.2 จอแสดงผลแบบ LCD โดยสามารถแสดงข้อมูล Measurement Value, Measurement Conditions ได้เป็นอย่างน้อย

5.12.1.3 สามารถวัดค่าได้ในช่วงความถี่ ตั้งแต่ 10 Hz ถึง 500 kHz

5.12.1.4 มีค่า Frequency Resolution 5 digits หรือดีกว่า

5.12.1.5 มีค่าความแม่นยำในการวัด Frequency Output $\pm 0.01\%$ หรือดีกว่า

5.12.1.6 มีค่า Output Impedance 100 Ω หรือดีกว่า

อยู่

อนุมัติ

5.12.1.7	สามารถวัดค่า □ , R, X โดยมีย่านการวัด 0.001 mΩ - 99.999 MΩ หรือดีกว่า	
5.12.1.8	สามารถวัดค่า □ , G, B โดยมีย่านการวัด 0.1 nS - 99.999 S หรือดีกว่า	
5.12.1.9	สามารถ SAVE/RECALL ค่าการวัดได้ หรือดีกว่า	
5.12.1.10	มีค่า AC / DC Test Speed (Max.) 8 ms	
5.12.1.11	สามารถบันทึกผลการวัดลงบน USB Flash Drive ได้โดยตรงต้านหน้าเครื่อง	
5.12.1.12	มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนการขายจากผู้ผลิตรึ่วตัวแทนในประเทศไทยเพื่อรับบริการหลังการขาย	
5.12.2	อุปกรณ์ประกอบ	
5.12.2.1	มีสาย Power cord จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง	
5.12.2.2	มีสายวัดสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง	
5.13	เครื่องดูดควันตะกั่ว	จำนวน 4 เครื่อง
5.13.1	รายละเอียดทั่วไป	
5.13.1.1	เป็นเครื่องดูดควันตะกั่วที่ประกอบด้วยพัดลมดูดควันพร้อมแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่า 3 ชั้น	
5.13.1.2	มีค่า Air Volume 200 m³/h หรือดีกว่า	
5.13.1.3	มีค่า Noise 45 dB หรือน้อยกว่า	
5.13.1.4	มีค่า Purification Efficiency 0.3 µm 99.97% หรือดีกว่า	
5.13.1.5	ติดตั้งประจำตัวเป็นปีบติดการ	
5.14	เครื่องบัดกรีแบบดิจิทัล	จำนวน 4 เครื่อง
5.14.1	รายละเอียดทั่วไป	
5.14.1.1	เป็นชุดบัดกรีดิจิทัลประกอบด้วยหัวแร้งพร้อมอุปกรณ์แท่นตั้ง หรือดีกว่า	
5.14.1.2	มีหน้าจอแสดงผลสำหรับอ่านค่า หรือดีกว่า	
5.14.1.3	มีค่า Output Voltage AC 26 V	
5.14.1.4	มีค่า Tip to Ground Resistance 2 Ω หรือน้อยกว่า	
5.14.1.5	มีค่า Tip to Ground Potential 2 mV หรือน้อยกว่า	
5.15	ตัวเป็นปีบติดการ พร้อมระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส	จำนวน 10 ชุด
5.15.1	รายละเอียดทั่วไป	
5.15.1.1	ตัวเป็นปีบติดการ มีขนาดไม่น้อยกว่า 800 มม. x 1,800 มม. x 750 มม. (ลึก x ยาว x สูง) พื้นโต๊ะ (TOP) หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. ทำด้วยไม้ปาร์ติเกลบอร์ด หรือดีกว่า	
5.15.1.2	โครงขาทำด้วยเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 45 มม. x 45 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พ่นสีอุตสาหกรรมอย่างดี หรือดีกว่า	
5.15.1.3	มีแแบน Main Supply แบบ 3 Phase ประกอบด้วย Circuit Breaker 3P 20 A , Lamp , ESS และ Terminal 5	
5.15.1.4	มีแแบน Universal Plug 220 V 16 A แบบคู่	
5.15.1.5	มีเต้ารับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส แบบ Power plug หรือ Terminal หรือดีกว่า	
5.15.1.6	มีสายไฟสำหรับต่อระบบไฟภายนอกตัว ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	

5.16 โต๊ะปฏิบัติการงานช่าง

จำนวน 4 ชุด

5.16.1 รายละเอียดทั่วไป

5.16.1.1 โต๊ะมีขนาด ความกว้าง 750 x 1,800 x 800 มม. (กว้างxยาวxสูง) หรือดีกว่า

5.16.1.2 พื้นผิวโต๊ะเป็นแบบไม้ 2 ชุด และแบบสแตนเลส 2 ชุด

5.16.1.3 ขาโต๊ะสามารถปรับระดับให้ต้องได้ระนาบกับพื้น และ มีช่องรองรับการติดตั้ง

ปั๊กไฟ

5.16.1.4 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม

5.17 เก้าอี้ปฏิบัติการ

จำนวน 20 ชุด

5.17.1 รายละเอียดทั่วไป

5.17.1.1 เบาะรองนั่งมีลักษณะเรียบเต็มแผ่นไม่เว้า ทำด้วยโพลียูรีเทน (PU สีดำ) หรือดีกว่า

5.17.1.2 ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำด้วยโลหะ พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสำหรับใส่ปุ่มรับปลายขา หรือดีกว่า

5.17.1.3 ที่พักเท้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใหญ่ยิบ 40 เซนติเมตร พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) หรือดีกว่า

5.17.1.4 แกนกลางส่วนนอก ทำด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) หรือดีกว่า

5.17.1.5 แกนกลางส่วนใน ทำด้วยโลหะเกลียวตัน หรือดีกว่า

5.17.1.6 มีปลอกบังเกลียว ทำด้วยพลาสติกอีดี้ชินรูป มีอุปกรณ์ยึดกับแป้นรับที่นั่งส่วนปลายสามารถหมุนพร้อมๆ กันและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็นแกนโลหะ หรือดีกว่า

5.17.1.7 การปรับความสูง-ต่ำ ใช้ระบบ แกนเกลียว ซึ่งสามารถปรับความสูง-ต่ำ ด้วยการหมุนด้วยมือ หรือดีกว่า

5.18 วาริแอคแบบ 1 เฟส

จำนวน 4 ชุด

5.18.1 รายละเอียดทั่วไป

5.18.1.1 เป็นหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า วาริแอค VARIAC (Variable Transformers) แบบ 1 Phase ขนาด 3 kVA หรือดีกว่า

5.18.1.2 มี Input Voltage 220 V หรือดีกว่า

5.18.1.3 มี Output Voltage 0-250 V หรือดีกว่า

5.18.1.4 แสดงผลค่าแรงดันเป็นแบบเข็มมิเตอร์หรือดีกว่า

5.18.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.18.2.1 มีหางปลาแยกหัวมวน และหางปลากลมหัวมวน คละขนาด 1.25-4 ถึง 5.5-6 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้นต่อกล่อง หรือที่ดีกว่า รวมทั้งสิ้น 2 กล่อง

5.18.2.2 มีชุดหางปลา ขัวต่อสายไฟฟ้าหัวมวน คละขนาดและคละแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 450 ชิ้นต่อกล่อง หรือที่ดีกว่า รวมทั้งสิ้น 2 กล่อง

5.18.2.3 มีคีมย้ำหางปลาที่สามารถใช้งานกับหางปลาในข้อที่ 5.18.2.1-5.18.2.2 หรือที่ดีกว่าจำนวน 1 ชุด

5.19 วาริแอคแบบ 3 เฟส

จำนวน 4 ชุด

5.19.1 รายละเอียดทั่วไป

5.19.1.1 เป็นหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า วาริแอค VARIAC (Variable Transformers)

แบบ 3 Phase ขนาด 6 kVA หรือดีกว่า

5.19.1.2 สามารถรับ Input Voltage ได้ 380 V หรือดีกว่า

5.19.1.3 ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาออกได้ต่อเนื่อง 0-500 V หรือดีกว่า

5.19.1.4 แสดงผลค่าแรงดันเป็นแบบเข็มมิเตอร์หรือดีกว่า

5.19.2 อุปกรณ์ประกอบ

5.19.2.1 มีหางปลาแยกหุ้มฉนวน และหางปลากลมหุ้มฉนวน คละขนาด 1.25-4 ถึง 5.5-6 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้นต่อกล่อง หรือที่ดีกว่า รวมทั้งสิ้น 2 กล่อง

5.19.2.2 มีชุดหางปลา ขั้วต่อสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน คละขนาดและคละแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 450 ชิ้นต่อกล่อง หรือที่ดีกว่า รวมทั้งสิ้น 2 กล่อง

5.19.2.3 มีคิมย้ำหางปลาที่สามารถใช้งานกับหางปลาในข้อที่ 5.19.2.1-5.19.2.2 หรือที่ดีกว่าจำนวน 1 ชุด

5.20 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบและบานเลื่อนกระจกร้อน

จำนวน 5 ชุด

5.20.1 รายละเอียดทั่วไป

5.20.1.1 เป็นตู้เอกสารบานตู้บานเป็นบานเลื่อนกระจก ตู้ด้านล่างเป็นบานเลื่อนทึบ หรือดีกว่า

5.20.1.2 ขนาด กว้าง 91.4 cm สูง 182.9 cm หรือดีกว่า

5.20.1.3 ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก มีชั้นวาง 2 ชั้น ปรับสูงต่ำได้ หรือดีกว่า

5.20.1.4 ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ ภายในมีชั้นวาง 2 ชั้น ปรับสูงต่ำได้ หรือดีกว่า

5.20.1.5 ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 0.5 mm รับน้ำหนักได้มาก

5.21 ตู้ล็อกเกอร์เหล็กพร้อมกุญแจ 12 ช่อง

จำนวน 2 ชุด

5.21.1 รายละเอียดทั่วไป

5.21.1.1 เป็นตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 12 ช่อง หรือดีกว่า

5.21.1.2 ขนาดตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 91x45x182 cm. หรือดีกว่า

5.21.1.3 มีช่องมือจับแบบฝัง หรือดีกว่า

5.21.1.4 พ่นสีด้วย Epoxy อย่างดี ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 180 องศาหรือดีกว่า

5.21.1.5 เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป

5.22 ตู้จัดเก็บพร้อมเครื่องมือช่างชุดใหญ่

จำนวน 2 ชุด

5.22.1 รายละเอียดทั่วไป

5.22.1.1 เป็นตู้เครื่องมือช่าง พร้อมอุปกรณ์ 100 ชิ้น หรือดีกว่า

5.22.1.2 มีขนาด 460 x 770 x 848 mm. (กว้าง x ยาว x สูง) หรือดีกว่า

5.22.1.3 ประกอบด้วยชุดถาดเครื่องมือ ตะไบ, ลูกบีบอคซ์, ไขควง, ประแจและคีม เป็นอย่างน้อย

5.22.1.4 มีล้อเลื่อน หรือดีกว่า

5.22.1.5 น้ำหนักของตู้ไม่เกิน 80 kg.

bal

นาย

สมชาย

5.23 เครื่องมือสำหรับงานช่าง

จำนวน 1 ชุด

5.23.1 รายละเอียดทั่วไป ประกอบด้วย

- 5.23.1.1 ส่วนแห่น ขนาดดอกสว่านไม่น้อยกว่า 16 มิลิเมตร ปรับความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ จำนวน 1 เครื่อง พื้นที่มี พื้นที่มี พลาสติก หรือดีกาว
- 5.23.1.1.1 เป็นส่วนแห่นขนาดหัวเจาะ 16 มม. ที่ใช้สำหรับงานเจาะรู ควร กับข้อบังคับประเภท โลหะ ไม้ พลาสติก หรือดีกาว
- 5.23.1.1.2 มีมอเตอร์กำลังไฟสูงสุด 550 วัตต์ หรือดีกาว
- 5.23.1.2 ส่วนมือไร์สาย หรือดีกาว จำนวน 2 เครื่อง
- 5.23.1.2.1 เป็นส่วนมือไร์สาย พื้นแบบเตอร์ในตัว
- 5.23.1.2.2 มีช่องระบายน้ำอากาศ สามารถช่วยระบายน้ำความร้อนได้ดี
- 5.23.1.3 ส่วนโรตารี่ 3 ระบบ หรือดีกาว จำนวน 2 เครื่อง
- 5.23.1.3.1 เป็นส่วนโรตารี่สำหรับเจาะโลหะ ไม้ คอนกรีต เพื่อให้ได้ช่อง ขนาด รูปแบบตามความต้องการ หรือดีกาว
- 5.23.1.3.2 เป็นแบบ 3 ระบบ คือ หมุนอย่างเดียว, กระแทกอย่างเดียว, และ หมุนพร้อมกระแทก
- 5.23.1.4 เครื่องเป่าลมร้อน จำนวน 2 เครื่อง หรือดีกาว
- 5.23.1.4.1 ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ หรือดีกาว ดังนี้ HI : 600 C, อุณหภูมิ LOW : 50 C, อุณหภูมิ MID : 300 C
- 5.23.1.4.2 ด้ามจับเสริมยางกันลื่น จับได้สนิทมือ ไม่ลื่นหลุดขณะใช้งาน
- 5.23.1.5 ปากกาจับขึ้นงานแบบติดตั้งบนโต๊ะ จำนวน 2 ตัว หรือดีกาว
- 5.23.1.5.1 ฐานหมุนขนาด 4 นิ้ว หรือดีกาว
- 5.23.1.5.2 ความแข็งของปากจับ : 50 – 55 HRC
- 5.23.1.6 เครื่องเจียร์พร้อมแห่น ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หรือดีกาว จำนวน 1 ชุด
- 5.23.1.6.1 กำลังมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 W
- 5.23.1.6.2 ความเร็วมอเตอร์ 1,500 RPM หรือดีกาว
- 5.23.1.7 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หรือดีกาว จำนวน 1 เครื่อง
- 5.23.1.7.1 ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 12,000 รอบ/นาที
- 5.23.1.7.2 ตัวล็อกแบบแกนหมุน ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- 5.23.1.8 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือดีกาว จำนวน 1 เครื่อง
- 5.23.1.8.1 เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม.
- 5.23.1.8.2 ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า : 10,000 รอบ/นาที
- 5.23.1.9 เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2200 วัตต์ หรือดีกาว จำนวน 1 ชุด
- 5.23.1.9.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- 5.23.1.9.2 สามารถตัดทรายได้สูงสุด 45 องศา ตัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- 5.23.1.10 โบว์เวอร์ จำนวน 1 ตัว หรือดีกาว
- 5.23.1.10.1 ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เชิงแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ
- 5.23.1.10.2 มีมอเตอร์กำลังสูง 620 วัตต์ ให้ความเร็วสูงสุดที่ 16,000 รอบต่อ นาที หรือดีกาว
- 5.23.1.11 เครื่องดูดเศษโลหะ จำนวน 1 เครื่อง หรือดีกาว

นาย

นาย

- 5.23.1.11.1 มีเมอเตอร์ 2 สเตจ ขนาด 1,500 W หรือดีกว่า
- 5.23.1.11.2 ผลิตจากโพลีไพรพลีนที่ทนทานต่อการสึกกร่อน
- 5.23.1.12 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน จำนวน 1 เครื่อง หรือดีกว่า
- 5.23.1.12.1 รองรับกระดาษทรายขนาด 100x610 มม. หรือดีกว่า
- 5.23.1.12.2 มีเมอเตอร์กำลังสูง 1,200 วัตต์ ให้ความเร็วสูงสุดที่ 400 เมตรต่อนาที หรือดีกว่า
- 5.23.1.13 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์งานเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง หรือดีกว่า
- 5.23.1.13.1 กระแสไฟในการเชื่อม (Output Current Range) 20-160 A หรือดีกว่า
- 5.23.1.13.2 แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage) 26.4 V หรือดีกว่า
- 5.23.1.14 ปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง หรือดีกว่า
- 5.23.1.14.1 มีอัตราการผลิตลม 55.8 ลิตร/นาที หรือดีกว่า
- 5.23.1.14.2 ความเร็วมอเตอร์ 650 รอบ/นาที หรือดีกว่า
- 5.23.1.15 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง หรือดีกว่า
- 5.23.1.15.1 เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 100 บาร์ หรือดีกว่า
- 5.23.1.15.2 มอเตอร์ ขนาด 1.4 kW หรือ 1.9 HP หรือดีกว่า
- 5.23.1.16 กระเบ้าพร้อมเครื่องมือช่างชุดใหญ่ จำนวน 3 ชุด
- 5.23.1.16.1 เป็นกระเบ้าอลูมิเนียม แบบมีล้อลาก หรือดีกว่า
- 5.23.1.16.2 ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ตะไบแบบ คีมปากแหลง สีขาว เลือยกุวง ที่จับspinเนอร์ ด้ามขันบ็อกซ์ เป็นอย่างน้อย

5.24 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 5.24.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- 5.24.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 5.24.3 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรหลักที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถในการ ติดตั้ง วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา

5.25 การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการฝึกอบรม

- 5.25.1 ภายหลังการส่งมอบสินค้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมเดินระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบแสดงผล และระบบความปลอดภัย เพื่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ *blue*

- 5.25.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายงานครุภัณฑ์ทั้งหมด โดยรายงานครุภัณฑ์จะต้องประกอบด้วยชื่อครุภัณฑ์ หมายเลขประจำครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขประจำเครื่อง จำนวน สถานที่ติดตั้ง/ใช้งาน และภาพถ่ายครุภัณฑ์ในมุมมองต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4-5 ภาพต่อครุภัณฑ์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษและไฟล์ข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟ้ม ZIP แฟ้ม PDF (Flash Drive) เป็นต้น โดยที่ไฟล์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวจะต้องสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ หลังจากการตรวจรับครุภัณฑ์ภายใน 30 วัน

5.25.3 ภายหลังการส่งมอบสินค้าและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดตามข้อที่ 5.25.1 แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม และด้วยความถูกต้อง โดยมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน

5.25.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุหมายเลขประจำครุภัณฑ์ให้กับครุภัณฑ์ทุกตัวอย่างชัดเจนด้วยการเขียนหรือด้วยวิธีการใดที่เป็นการทราบ

5.26 รายละเอียดอื่น ๆ

5.26.1 การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชนิยมญัตติบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

5.26.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแอดเดล็อกในวันที่ยื่นของเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาตามความถูกต้องของรายละเอียดครุภัณฑ์ที่นำเสนอ (ตามที่กำหนดในหัวข้อหลักที่ 4 หัวข้อรองที่ 4.1)

5.26.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะที่มีหัวข้อลักษณะที่สำคัญและคุณสมบัติเฉพาะสินค้าที่เสนอราคา โดยแสดงว่าคุณสมบัติตั้งกล่าวตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่า ทั้งนี้จะต้องทำเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อกำหนดในแอดเดล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน (ตามที่กำหนดในหัวข้อหลักที่ 4 หัวข้อรองที่ 4.2)

5.26.4 เอกสารที่บริษัทโหลดเข้าระบบ e-GP จะต้องระบุเลขหน้าในเอกสารทุกแผ่นที่ทำการโหลดให้ชัดเจน โดยระบุเลขหน้าเรียงจากน้อยไปมาก

5.26.5 ผู้เสนอจะต้องแยกราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ในใบส่งสินค้า เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

5.26.6 สินค้าจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน (ตามที่กำหนดในหัวข้อหลักที่ 4 หัวข้อรองที่ 4.4)

5.26.7 รายการครุภัณฑ์หัวข้อรองที่ 5.1 ถึงหัวข้อรองที่ 5.12 บริษัทผู้ขายสินค้าจะต้องมีศูนย์ซ่อมและบริการภายในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรอง

5.26.8 กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 150 วัน

5.26.9 ระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงงานและค่าอะไหล่

5.26.10 สถานที่ส่งมอบ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6. สถานที่ส่งมอบ/ สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ห้อง 505 ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนนาดีนี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

7. กำหนดการส่งมอบพัสดุ

ภายใน 150 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

bal

8. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราอัตรายละ 0.20 ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือส่งมอบถูกต้อง

นาย...
นาย...

9. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องประกันการชำรุดเสียหายของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้งจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจรับเสร็จสิ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หากในระยะเวลาดังกล่าว เกิดการชำรุดเสียหาย หรือขัดข้อง ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายหรือเปลี่ยนใหม่)

10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

10.1 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

10.2 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

10.3 อนึ่ง สำหรับการพิจารณาผลการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำหนักต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ 10 หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

10.4 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำหนักต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำหนักต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสหมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส่วน.

10.5 หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำหนักต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ 5 ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.6 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำหนักต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

10.7 พิจารณาตามเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากราคารวม

10.8 พิจารณาตามข้อเสนอที่ผู้ยื่นเสนอราคาแสดงมาเป็นลำดับ ดังนี้

10.8.1 ตารางข้อเสนอ

10.8.2 รายละเอียดที่ระบุหัวข้อตามตารางข้อเสนอไว้อย่างชัดเจนในแค็ตตาล็อกสินค้า หรือเอกสารแสดงรายละเอียด หรือหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

11. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

11.1 งบประมาณที่ได้รับ	6,300,000.00 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน)
11.2 วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ	6,300,000.00 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน)
11.3 ราคากลาง	6,623,090.28 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบบาท ยี่สิบแปดสตางค์)

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย เมธาวิทิต)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ กมลขันติธร)